


Magas/alacsony nyomást tesztelő berendezések

No. 407 100 · HD-TA-CFK-1-W

Nagynyomású tesztelő rendszer CFRP palackok nyomásának tesztelésére 18 liter víztérfogatig és 450 bar próbanyomásig. Mérleggel felszerelve a tágulás mérésére. Felbontás: 0,1g

A nyomáspróba a vízköpenyes eljárással történik. A vizsgálandó palack térfogati tágulása megmérésre kerül, majd a tágulást a mérőpohárban összegyűjtjük és egy skálán megjelenítjük. A rendszer nagynyomású szivattyúval és nyomásmérővel van felszerelve, kapcsolóérintkezővel az automatikus nyomáskikapcsoláshoz, valamint opcionálisan elektromosan működtetett daruval a palack tesztkamrába helyezéséhez.



A nyomástartály max. megengedett méretei:

max. átmérő: 300 mm
max. hossz: 600 mm
max. tartalom: 18 l
(nagyobb palackméretek kívánság szerint)

A modul fel van szerelve:

- » mérleggel felszerelt, 0,1 g felbontás
- » 1 db fedél gyorszárral
- » 1 db csavaros adapter, nagy kúpos
- » 1 db becsavarható adapter M18 x 1,5

Választható:

- » kézi / elektromos daru
- » helyhez kötött modul falra szereléshez
- » becsavarható adapter, pl. kis kúpos, M25 x 2,5 stb.

TECHNIKAI ADATOK

Méret (h x sz x m)	kb. 1400 x 500 x 1100 mm
Felépítése	alumínium
Tesztkamra	alumínium
Súly	kb. 125 kg
Nyomás	max. 450 bar
Vízvezeték	1/2" külső menet
Sűrítettlevegő-csatlakozás	6 – 8 bar